

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi đồng 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá lập giá kế hoạch mua sắm cho dự toán mua sắm “Mua sắm hàng hóa – Thiết bị đo lường và công cụ dụng cụ cho Bệnh viện Nhi đồng 1 – 2025” như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng 1.
- Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá tra cứu theo mã YCBG như sau:
 - Website đăng YCBG: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
 - Mã YCBG: RQ2500002651
- Các hiệu lực Yêu cầu báo giá:
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng YCBG lên hệ thống.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày hết hạn YCBG trên hệ thống.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 12 tháng.
 - Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: theo quy định của Luật Thương mại.
- Hình thức và phương thức tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ chào giá bản giấy (có đóng dấu và ký tên) tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Bệnh viện Nhi đồng 1, số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Tiếp nhận hồ sơ điện tử (file word/excel + File PDF) scan từ bản giấy (có đóng dấu và ký tên):
 - Cấu trúc tên email (subject email): PTD 2025 – Mua sắm hàng hóa – Thiết bị đo lường và công cụ dụng cụ cho Bệnh viện Nhi đồng 1 – 2025 – [Tên nhà cung cấp]
 - Địa chỉ email tiếp nhận báo giá: p.vtttb@nhidong.org.vn và vttbyt.bvnd1@gmail.com

[Scan vị trí nộp hồ sơ]



5. Các thông tin khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá/ bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) và các tài liệu khác theo yêu cầu của **Biểu mẫu chào giá**.
- Bảng kê danh mục hàng hóa, bảng tính năng kỹ thuật chi tiết trang thiết bị y tế theo Thư chào giá – **Biểu mẫu và hướng dẫn** (chi tiết theo **Bảng kê chi tiết thông tin hàng hóa**).
- Các tài liệu căn cứ xác định giá tương tự của hàng hóa: quyết định trúng thầu/hợp đồng tương tự của loại hàng hóa/dịch vụ tương tự (tương đồng gần nhất với yêu cầu chào giá của loại hàng hóa/dịch vụ mà công ty/nhà thầu tham gia chào giá).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT,TBYT (NTH,1b).



PHẠM ĐÌNH NGUYỄN

Yêu cầu báo giá

Chú đầu tư: Bệnh viện Nhi Đồng 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hàng hóa – Thiết bị đo lường và công cụ dụng cụ cho Bệnh viện Nhi Đồng 1 – 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Nhi Đồng 1**
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ tên: Dương Phan Trung Tâm
 - Chức vụ: Tổ trưởng
 - Số điện thoại: 0919923377
 - Địa chỉ: Phòng Vật Tư, Thiết Bị Y Tế -Bệnh viện Nhi Đồng 1, số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Tp. HCM
 - Email: p.vttb@nhidong.org.vn
3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp; Email
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ ngày đến ngày 3 /04/2025 15:00
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 3 /04/2025 15:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Nhiệt kế đo trán điện tử	139	Cái	Kiểm tra nhiệt độ vùng trán. Cho kết quả chính xác trong 1s. Bộ nhớ 30 lần đo. Khoảng đo: 0°C đến 100°C. Sai số: 0,2°C. Chuyển đổi °C - F. Có đèn báo sốt khi thân nhiệt hơn 37,4°C. Đã kiểm định, hiệu chuẩn.	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
2	Nhiệt kế nách điện tử	508	Cái	Đo thân nhiệt vùng miệng, nách, hậu môn. Cho kết quả chính xác trong vòng 30s.	Bệnh viện Nhi Đồng 1		

				Chống thấm nước. Có âm báo sau khi đo. Sai số: 0,2°C. Đã kiểm định, hiệu chuẩn.			
3	Nhiệt kế tủ lạnh cơ	48	Cải	Khoảng đo: -40°C đến 50°C. Độ chính xác: ± 1°C. Chia vạch nhỏ nhất: 1°C. Đã kiểm định, hiệu chuẩn.	Bệnh viện Nhi Đông 1		
4	Nhiệt kế tự ghi điện tử	66	Cải	Khoảng đo: -90°C đến +40°C. Có cổng usb kết nối máy tính. Tạo báo cáo tự động thành dạng pdf. Chức năng tự động tạm dừng, xử lý, thông kê khi rút phích cắm biến ngoài. Pin có định bảo quan 1 năm, sử dụng bình thường 2 năm. Có đầu dò và phụ kiện kèm theo máy. Đọc nhanh nhiệt độ hiện tại và cảnh báo. Có kiểm định, hiệu chuẩn.	Bệnh viện Nhi Đông 1		
5	Nhiệt ẩm kế cơ	25	Cải	Chất liệu nhựa ABS. Đo nhiệt độ từ -20°C đến 100°C (độ chính xác: ±1°C). Đo độ ẩm từ 10%RH-100%RH	Bệnh viện Nhi Đông 1		

					(độ chính xác ±5%RH). Không dùng pin (hoạt động theo sự giãn nở kim loại). Có kiểm định, hiệu chuẩn.				
6	Nhiệt ẩm kế tự ghi điện tử	100	Cái		Đo nhiệt độ từ -40°C đến +85°C và độ ẩm từ 10%RH đến 99%RH. Độ chính xác cực cao 0,5°C và 3%Rh ghi 16000 điểm dữ liệu. Xuất file báo cáo thông qua phần mềm dạng pdf và excel Đầu đo độ ẩm và nhiệt độ riêng biệt. Thiết bị có nam châm có thể gắn trực tiếp lên các bộ phận kim loại. Màn hình LCD tính thể lỏng dễ nhìn. Có kiểm định, hiệu chuẩn.	Bệnh viện Nhi Đồng 1			
7	Cân sức khỏe dưới 20Kg (cân nằm)	30	Cái		Phạm vi đo: 0 kg - 20 kg. Giá trị độ chia: 50 g. Sai số đo lường: + Từ 500 g đến 2,5 kg: ±25 g. + Từ 2,5 kg đến 10 kg: ±50 g. + Trên 10 kg đến 20 kg: ±75 g. Mặt số tiếng việt, cân có vạch chia và số hiển thị	Bệnh viện Nhi Đồng 1			

				được in bằng kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị được phân chia rõ ràng, tiện lợi cho người sử dụng khi đọc kết quả đo lường. Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. Đĩa nhựa: Nhựa PP (564 x 266 x 80 mm ± 5%). Có thiết kế thêm lưỡng kim, bù trừ nhiệt độ : -10°C → 40°C. Đã kiểm định, hiệu chuẩn.			
8	Cân sức khỏe trên 20kg (cân đứng)	53	Cài	Phạm vi đo: 0 - 120 kg. Giá trị độ chia: 100 g. Sai số đo lường: + Từ 20 kg đến 50 kg: ±500 g + Trên 50 kg đến 120 kg: ± 1 kg. Mặt số bằng nhôm, đường kính mặt số 158mm. Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. Mắt chụp bảo vệ mặt số hiển thị làm bằng nhựa PC trong, trực quan giúp ghi nhận thông tin nhanh chóng. Mặt số được in chất lượng cao, vạch chia rõ nét, chữ số in đậm,	Bệnh viện Nhi Đồng 1		

					giúp dễ dàng đọc kết quả khi cân. Đã kiểm định, hiệu chuẩn.				
9	Cân điện tử (có đo chiều dài sơ sinh)		4	Cái	Phạm vi đo: 0 kg - 20 kg Giá trị độ chia: 5 g Thang đo chiều dài: 35 cm - 70 cm sử dụng bằng pin. Có chức năng ghi nhớ. Đã kiểm định, hiệu chuẩn.	Bệnh viện Nhi Đồng 1			
10	Micropipet 5-50µl		3	Cái	Thiết bị đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. Pipet cơ đơn kênh thay đổi thể tích từ 5-50 µL Cho phép hấp tiết trùng toàn bộ cây Pipet ở nhiệt độ $\geq 120^{\circ}\text{C}$ và áp suất ≥ 1 bar trong ≤ 20 phút. Có chức năng khóa cố định thể tích. Vận hành bằng nút nhấn. Môi trường sử dụng: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Có tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo trì (Anh) kèm Phụ kiện để	Bệnh viện Nhi Đồng 1			


				mở pipet.			
11	Micropipet 20-200µl	4	Cải	Thiết bị đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. Pipet cơ đơn kênh thay đổi thể tích từ 20-200 µL. Cho phép hấp tiết trùng toàn bộ cây. Pipet ở nhiệt độ $\geq 120^{\circ}\text{C}$ và áp suất ≥ 1 bar trong ≤ 20 phút. Có chức năng khóa cố định thể tích. Vận hành bằng nút nhấn. Môi trường sử dụng: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Có tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo trì (Anh) kèm Phụ kiện để mở pipet.	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
12	Micropipet 100-1000µl	3	Cải	Thiết bị đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. Pipet cơ đơn kênh thay đổi thể tích từ 100-1000µL. Cho phép hấp tiết trùng toàn bộ cây. Pipet ở nhiệt độ $\geq 120^{\circ}\text{C}$ và áp suất ≥ 1 bar trong ≤ 20	Bệnh viện Nhi Đồng 1		

13	Micropipet 1-10 μ l	2	Cái	phút. Có chức năng khóa cố định thể tích. Vận hành bằng nút nhấn. Môi trường sử dụng: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Có tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo trì (Anh) kèm Phụ kiện để mở pipet. Các phụ kiện có thể tháo rời được để vệ sinh.	Bệnh viện Nhi Đồng 1			
				Thiết bị đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. Pipet cơ đơn kênh thay đổi thể tích từ 1-10 μL. Cho phép hấp tiết trùng toàn bộ cây Pipet ở nhiệt độ $\geq 120^{\circ}\text{C}$ và áp suất ≥ 1 bar trong ≤ 20 phút. Có chức năng khóa cố định thể tích. Vận hành bằng nút nhấn. Môi trường sử dụng: Phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Có tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh				



				+ Việt), tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo trì (Anh) kèm Phụ kiện dễ mở pipet.			
14	Ông hút phễu thuật toán kính các cỡ	10	Cải	Các cỡ từ 5Fr đến 12Fr. Đầu hình giọt nước, thon, dài 200mm ($\pm 5\%$), chiều dài hoạt động 140 mm ($\pm 5\%$).	Bệnh viện Nhi Đồng 1		

SƠ ĐỒ THỰC HIỆN CHÀO GIÁ



- 1/ CẤU TRÚC EMAIL ĐÚNG THEO YCBG.
- 2/ BÁO GIÁ VÀ BẢNG KÊ SỬ DỤNG ĐÚNG MẪU ĐÍNH KÈM YCBG, KHÔNG ĐIỀU CHỈNH MẪU, THÊM CỘT.
- 3/ GỬI KÈM TÀI LIỆU KỸ THUẬT, ĐÁNH DẤU THÔNG TIN LIÊN QUAN TNKT ĐÃ KÊ KHAI TRONG BẢNG KÊ.
- 4/ KHI NỘP BÁO GIÁ KÈM THEO CHECK LIST HỒ SƠ CHÀO GIÁ.
- 5/ TẤT CẢ HỒ SƠ NỘP QUA EMAIL THỐNG NHẤT VỚI HỒ SƠ NỘP BẢN CHÍNH VÀO BỆNH VIỆN TRỪ BẢNG KÊ.

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá [ngày ... tháng ... năm 20...] của Bệnh viện Nhi đồng 1)

Tên công ty:

Địa chỉ theo GPĐKKD:

MST - SĐT - FAX:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá [Dự toán mua sắm/ gói thầu: ...] của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Đính kèm Biểu mẫu danh mục chào giá hàng hóa

2. Thông tin liên hệ của Bên chào giá

Tên công ty: [tên theo GP ĐKKD]

Người lập bảng:

Thông tin liên lạc: [SĐT] - [Email]

3. Chúng tôi cam kết:

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ thuế giá trị gia tăng (GTGT), các loại thuế khác, phí và lệ phí theo quy định pháp luật; chi phí vận chuyển, bốc dỡ, và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt; chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành; chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: [...] ngày, kể từ ngày hết hạn YCBG trên hệ thống.

....., ngày ... tháng ... năm ...

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp^(*)**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU DANH MỤC BẢO GIÁ HÀNG HÓA
(Đính kèm Báo giá [ngày ... tháng ... năm 20...] của Bệnh viện Nhi đồng 1)

Thông tin hàng hóa Chào giá - Nhà cung cấp																		
Thông tin liên kết		Mã kiểm soát/ mã kho	Mã nhóm theo TT04/2017/TT-BYT	Tên theo TT04	Mã GMDN	Tên loại theo GMDN	Tên thương mại	Tính năng kỹ thuật chi tiết hàng hóa	Mã HS	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Hãng / Nước chủ sở hữu	Hãng / Nước sản xuất	Đơn vị tính nhỏ nhất của hàng hóa (có giá trị quy đổi)	Quy cách đóng gói (có giá trị quy đổi)	Đơn vị tính hàng hóa mời thầu	Số lượng dự toán theo Đơn vị tính mỗi thầu	Đơn giá	Thành tiền
STT								Đổi với TBYT; đính kèm bảng phụ lục tính năng Chi tiết hàng hóa										

Đính kèm theo các tài liệu chứng minh về [phương pháp luận tính năng/thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, xuất xứ] và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm
Đại diện hợp pháp của Nhà thầu

PHỤ LỤC: DANH SÁCH TÀI LIỆU BÁO GIÁ

(Đính kèm Báo giá [ngày ... tháng ... năm 20...] của Bệnh viện Nhi đồng 1)

STT	TÊN HỒ SƠ	BẢNG GIẤY	BẢNG ĐIỆN TỬ	KIỂM TRA (Khi nộp hồ sơ)	
				CHECK	NGƯỜI NỘP
1	BẢNG BÁO GIÁ.				
2	DANH MỤC CHÀO GIÁ THEO MẪU YCBG.				
3	BẢNG TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.				
4	CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ TƯƠNG TỰ CỦA HÀNG HÓA.				
	Quyết định và hợp đồng trúng thầu rõ ràng				
	Kê khai giá				
...	...	...	...	...	...
5	CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH THÔNG TIN TẠI MỤC (2) VÀ MỤC (3) VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC				
	Tài liệu xuất xứ: CO/ CQ/ MDR ...				
	Tài liệu chất lượng: ISO, FDA ...				
	Tài liệu kỹ thuật: user manual, service manual, Specification ...				
	Tài liệu phân loại và lưu hành hợp lệ của hàng hóa ...				
...	...	...	...	...	...



✓

Ghi chú:

(*) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú (1).

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Thông tin hàng hóa YCBG” trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Thông tin hàng hóa Chào giá - Nhà cung cấp”.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Mã nhóm theo TT04/2017/TT-BYT, GMDN, HS ... (nếu có) của từng hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (đã bao gồm thuế và chi phí liên quan) tương ứng với từng hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho đơn giá và thành tiền theo số lượng phù hợp với Đơn vị tính hàng hóa mời thầu. Giá trị ghi tại hai cột “Đơn giá” và “Thành tiền” này được hiểu là toàn bộ chi phí của hàng hóa, hóa chất (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá đã bao gồm chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá cùng các tài liệu liên quan thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu hệ thống triển khai).