

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi đồng 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá lập giá kế hoạch mua sắm cho dự toán mua sắm “Mua sắm hàng hóa – Vật tư tiêu hao cho Khoa Tim Mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 – lần 4 năm 2025” như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng 1.
- Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá tra cứu theo mã YCBG như sau:
 - Website đăng YCBG: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
 - Mã YCBG: RQ2500005337
- Các hiệu lực Yêu cầu báo giá:
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng YCBG lên hệ thống.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày hết hạn YCBG trên hệ thống.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 12 tháng.
 - Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: theo quy định của Luật Thương mại.
- Hình thức và phương thức tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ chào giá bản giấy (có đóng dấu và ký tên) tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Bệnh viện Nhi đồng 1, số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Tiếp nhận hồ sơ điện tử (file word/excel + File PDF) scan từ bản giấy (có đóng dấu và ký tên):
 - Cấu trúc tên email (subject email): KTML4-2025 – Mua sắm hàng hóa – Vật tư tiêu hao cho Khoa Tim Mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 – lần 4 năm 2025 – [Tên nhà cung cấp]
 - Địa chỉ email tiếp nhận báo giá: p.vtttb@nhidong.org.vn và vttbyt.bvnd1@gmail.com

[Scan vị trí nộp hồ sơ]



5. Các thông tin khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá/ bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) và các tài liệu khác theo yêu cầu của **Biểu mẫu chào giá**.
- Bảng kê danh mục hàng hóa, bảng tính năng kỹ thuật chi tiết trang thiết bị y tế theo Thư chào giá – **Biểu mẫu và hướng dẫn** (chi tiết theo **Bảng kê chi tiết thông tin hàng hóa**).
- Các tài liệu căn cứ xác định giá tương tự của hàng hóa: quyết định trúng thầu/hợp đồng tương tự của loại hàng hóa/dịch vụ tương tự (tương đồng gần nhất với yêu cầu chào giá của loại hàng hóa/dịch vụ mà công ty/nhà thầu tham gia chào giá).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT, TBYT (NTH, 1b).

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



PHẠM ĐÌNH NGUYỄN

Yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Đồng 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua sắm hàng hóa – Vật tư tiêu hao cho Khoa Tim Mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 – lần 4 năm 2025** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Nhi Đồng 1**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Dương Phan Trung Tâm
- Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0919923377
- Địa chỉ: Phòng Vật Tư, Thiết Bị Y Tế -Bệnh viện Nhi Đồng 1, số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Tp. HCM
- Email: p.vttb@nhi dong.org.vn

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp; Email

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày đến ngày 02/06/2025 16:00

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 02/06/2025 16:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim cho trẻ từ 5 - 10 kg, không kèm lọc	100	Cái	Bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim, phần Phổi nhân tạo cho trẻ khoảng 5-10 Kg. Gồm: Bình chứa máu, phổi (bộ phận trao đổi khí). Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene, bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng polycarbonate, phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu	Bệnh viện Nhi Đồng 1		

				lưới, phin lọc làm vì polyester kiểu sâu, chất khử bọt polyurethane. Tráng X-coating giúp làm giảm tối đa sự kết dính tiểu cầu nhằm ngăn ngừa phản ứng đông máu. Diện tích màng trao đổi oxy: 0,5m ² Thể tích mỗi máu: 43 ml Diện tích bộ phận trao đổi nhiệt: 0.035m ² Dung tích bình chứa: 1000ml Lưu lượng tối đa là: 1,5 lít/phút Thể tích hoạt động tối thiểu 15ml.			
2	Phổi nhân tạo trong phẫu thuật tìm cho trẻ từ 15 - 30 kg, không kèm lọc	50	Cải	Bộ tìm phổi nhân tạo trong phẫu thuật tìm, phần Phổi nhân tạo cho trẻ khoảng 15-30 Kg. Gồm: Bình chứa máu, phổi (bộ phận trao đổi khí). Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene, bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng polycarbonate, phin lọc tĩnh mạch	Bệnh viện Nhi Đông 1		

3	Bộ phận lọc cho trẻ khoảng 5-10 Kg	100	Cái	polyester kiểu lưới, phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu, chất khử bọt polyurethane. Trang X-coating giúp làm giảm tối đa sự kết dính tiểu cầu nhằm ngăn ngừa phản ứng đông máu. Diện tích màng trao đổi oxy 1,5m² Thể tích mỗi máu : 135 ml Diện tích bộ phận trao đổi nhiệt : 0.14m² Dung tích bình chứa : 3000ml Lưu lượng tối đa là 4 Lit/phút. Thể tích hoạt động tối thiểu 70ml.	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
				Bộ phận lọc cho trẻ khoảng 5-10 Kg. Gồm: quả lọc. Phin lọc động mạch vật liệu: Vô ngoài làm bằng Polycarbonate, màng lọc làm bằng polyester, lỗ màng lọc 32 micromet. Thể tích mỗi máu : 40ml Đặc điểm nổi bật: Thể tích dịch mỗi thấp. Lưu lượng tối đa có thể đạt tới 2.5Lit/phút. Thiết kế vô ngoài trong suốt giúp dễ dàng quan sát từ			

				môi hương và sử dụng lực ly tâm làm tăng hiệu suất loại bỏ bọt khí.			
4	Bộ phận lọc cho trẻ khoảng 15-40 Kg	50	Cải	Bộ phận lọc cho trẻ khoảng 15-40 Kg. Gồm: quả lọc. Phin lọc động mạch vật liệu: Vò ngoài làm bằng Polycarbonate, màng lọc làm bằng polyester, lỗ màng lọc 37 micromet. Thể tích mỗi màu : 125 ml Đặc điểm nổi bật: Thể tích dịch mỗi thấp. Lưu lượng tối đa có thể đạt tới 7 Lit/phút. Thiết kế vỏ ngoài trong suốt giúp dễ dàng quan sát từ mọi hướng và sử dụng lực ly tâm nhằm làm tăng hiệu suất loại bỏ bọt khí.	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
5	Giá đỡ mạch vành phủ thuốc	50	Cải	Stent động mạch vành phủ thuốc các loại, các cỡ - Khung hợp kim chất liệu Cobalt Chromium L605 Co-Cr, phủ polymer tự tiêu sinh học PLA và thuốc Rapamycin (Sirolimus) hoặc tương đương. - Liều thuốc phủ thấp: 0.3 microgram/mm2 ($\pm 10\%$)	Bệnh viện Nhi Đồng 1		

6	Vòng xoắn mạch máu coil	200	Cái	- Độ dày bao gồm lớp phủ thuốc: 86µm với đường kính từ 2.25mm đến 3.0mm 96.5µm với đường kính từ 3.5mm đến 4.0mm - Đường kính tối thiểu $\leq 2.25\text{mm}$, đường kính tối đa $\geq 4.00\text{ mm}$ - Chiều dài tối thiểu $\leq 13\text{mm}$, chiều dài tối đa $\geq 38\text{mm}$	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
				- Vòng xoắn kim loại (coils, matrix coils) các loại, các cỡ - 177 kích cỡ coil các loại. - Vòng xoắn bằng hợp kim platinum-vonframe hoặc tương đương - Có 8 cấp độ mềm, có các loại 3D (loại xoắn hình $\Omega+S$ và $\Omega+Q$) và Helical hoặc tương đương, được chỉ định để nút túi phình động mạch não, dị dạng động tĩnh mạch hoặc nút túi phình mạch ngoại biên. - Có loại coil 1 - 2 sợi lõi. Sợi lõi làm bằng polypropylene hoặc tương đương. - Đường kính vòng xoắn từ 1 -			

				24mm, chiều dài cuộn coil từ 1- 70 cm, đường kính sợi coil: 0.010", 0.012", 0.013" và 0.014" - Coil được cắt bằng dụng cụ cắt coil theo cơ chế điện phân. - Vùng tiếp giáp giữa cuộn coil và dây phân phối (junction zone) ngắn, trong đó vùng đuôi coil (Coil Tail) ~ 0.5mm - Dây phân phối (delivery wire) có vùng đánh dấu fluoro-saver thiết kế nổi mang lại phân phối xúc giác, có điểm đánh dấu cần quang (RO).			
7	Dụng cụ cắt coil	20	Cải	Dụng cụ để thả hoặc cắt vòng xoắn kim loại (dây dây coils, dụng cụ cắt coils) các loại, các cỡ Dụng cụ cắt coil hoạt động theo cơ chế điện phân, dụng cụ đã được tích điện, không phụ thuộc nguồn điện. - Nhận biết thời điểm dụng cụ sẵn sàng cắt coil và thời điểm cắt coil thành công qua hệ thống âm báo, đèn	Bệnh viện Nhi Đồng 1		

8	Dây điện cực tạo nhịp HIS	20	Bộ	bảo. - Hệ thống đèn bảo gồm 3 đèn LED - Coil được cắt trong vòng 10 giây kể từ khi ấn nút cắt coil	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
				Dây điện cực HIS/ bó nhánh trái. - Tương thích MRI 1.5T và 3T. - Đầu xoắn cố định tăng độ ổn định, giảm nguy cơ đứt gãy so với loại dây có đầu lò xo xoắn ra thu vào. - Thiết kế dây không lõi, thân dây có đường kính đồng nhất, cấp giữa thân dây giảm thiểu áp lực cơ học so với dây sử dụng stylet (dây định hình). - Đường kính dây $\leq 4.1F$ - Chiều dài $\geq 69cm$. Chất liệu đầu dây xoắn: Titanium Nitride phủ Platinum Alloy hoặc tương đương - Chất liệu các điện: bền ngoài Polyurethane, bền trong silicon và ETFE hoặc tương đương.			

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá [ngày ... tháng ... năm 20...] của Bệnh viện Nhi đồng 1)

Tên công ty:

Địa chỉ theo GPĐKKD:

MST - SĐT - FAX:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá [Dự toán mua sắm/ gói thầu: ...] của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Đính kèm Biểu mẫu danh mục chào giá hàng hóa

2. Thông tin liên hệ của Bên chào giá

Tên công ty: [tên theo GP ĐKKD]

Người lập bảng:

Thông tin liên lạc: [SĐT] - [Email]

3. Chúng tôi cam kết:

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ thuế giá trị gia tăng (GTGT), các loại thuế khác, phí và lệ phí theo quy định pháp luật; chi phí vận chuyển, bốc dỡ, và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt; chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành; chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: [...] ngày, kể từ ngày hết hạn YCBG trên hệ thống.

....., ngày ... tháng ... năm ...

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp^(*)**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU DANH MỤC BÁO GIÁ HÀNG HÓA

(Đính kèm Báo giá [ngày ... tháng ... năm 20...] của Bệnh viện Nhi đồng 1)

Thông tin hàng hóa Chào giá - Nhà cung cấp														
STT theo YCBG	Mã kiểm soát / mã kho (nếu có)	Mã nhóm theo TT04/2017/T T-BYT	Tên theo TT04	Mã GMD N	Tên loại theo GMD N	Tên thương mại	Tính năng kỹ thuật chi tiết hàng hóa	Mã HS	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Hãng / Núi chủ sở hữu	Hãng / Núi sản xuất	Đơn vị tính nhỏ nhất của hàng hóa (có giá trị quy đổi)	Đơn vị tính hàng hóa mời thầu	Số lượng dự toán theo Đơn vị tính mời thầu
Thành tiền (SL x Đơn giá có VAT)	Đơn giá có VAT	Đơn giá chưa VAT	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá	Đơn giá

Đính kèm theo các tài liệu chứng minh về [phương pháp luận tính năng/thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, xuất xứ] và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm

Đại diện hợp pháp của Nhà thầu

PHỤ LỤC: DANH SÁCH TÀI LIỆU BÁO GIÁ

(Đính kèm Báo giá [ngày ... tháng ... năm 20...] của Bệnh viện Nhi đồng 1)

STT	TÊN HỒ SƠ	BẢNG GIẤY	BẢNG ĐIỆN TỬ	KIỂM TRA (Khi nộp hồ sơ)	
				CHECK	NGƯỜI NỘP
1	BẢNG BÁO GIÁ.				
2	DANH MỤC CHÀO GIÁ THEO MẪU YCBG.				
3	BẢNG TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.				
4	CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ TƯƠNG TỰ CỦA HÀNG HÓA.				
	Quyết định và hợp đồng trúng thầu rộng rãi				
	Kê khai giá				
...	...	...	...	...	...
5	CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH THÔNG TIN TẠI MỤC (2) VÀ MỤC (3) VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC				
	Tài liệu xuất xứ: CO/ CQ/ MDR ...				
	Tài liệu chất lượng: ISO, FDA ...				
	Tài liệu kỹ thuật: user manual, service manual, Spectification ...				
	Tài liệu phân loại và lưu hành hợp lệ của hàng hóa ...				
...	...	...	...	...	...

✓

Ghi chú:

(*) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú (1).

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Thông tin hàng hóa YCBG” trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Thông tin hàng hóa Chào giá - Nhà cung cấp”.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Mã nhóm theo TT04/2017/TT-BYT, GMDN, HS ... (nếu có) của từng hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (đã bao gồm thuế và chi phí liên quan) tương ứng với từng hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho đơn giá và thành tiền theo số lượng phù hợp với Đơn vị tính hàng hóa mời thầu. Giá trị ghi tại hai cột “Đơn giá” và “Thành tiền” này được hiểu là toàn bộ chi phí của hàng hóa, hóa chất (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá đã bao gồm chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá cùng các tài liệu liên quan thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu hệ thống triển khai).