

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi đồng 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá lập giá kế hoạch mua sắm lần 1 cho dự toán mua sắm “Mua sắm hàng hóa – Linh kiện phụ kiện bổ sung cho máy nội soi, siêu âm và ECG của Bệnh viện Nhi Đồng 1 – năm 2025” như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng 1.
2. Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá tra cứu theo mã YCBG như sau:
 - Website đăng YCBG: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
 - Mã YCBG: **RQ2500006840**
3. Các hiệu lực Yêu cầu báo giá:
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng YCBG lên hệ thống.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày hết hạn YCBG trên hệ thống.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 180 ngày.
 - Thời gian giao hàng dự kiến: 120 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định của Luật Thương mại.
4. Hình thức và phương thức tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ chào giá bản giấy (có đóng dấu và ký tên) tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Bệnh viện Nhi Đồng 1, số 341 Sư Vạn Hạnh, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh;

[Scan vị trí nộp hồ sơ]


 - Tiếp nhận hồ sơ điện tử (file word/excel + File PDF) scan từ bản giấy (có đóng dấu và ký tên):
 - Cấu trúc tên email (subject email): LKPK BS1 – Mua sắm hàng hóa – Linh kiện phụ kiện bổ sung cho máy nội soi, siêu âm và ECG của Bệnh viện Nhi Đồng 1 – năm 2025 – [Tên nhà cung cấp]
 - Địa chỉ email tiếp nhận báo giá: p.vtttb@nhidong.org.vn và vttbyt.bvnd1@gmail.com

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá/ bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) và các tài liệu khác theo yêu cầu của **Biểu mẫu chào giá**.
- Bảng kê danh mục hàng hóa, bảng tính năng kỹ thuật chi tiết trang thiết bị y tế theo Thư chào giá – **Biểu mẫu và hướng dẫn** (chi tiết theo **Bảng kê chi tiết thông tin hàng hóa**).
- Các tài liệu căn cứ xác định giá tương tự của hàng hóa: quyết định trúng thầu/hợp đồng tương tự của loại hàng hóa/dịch vụ tương tự (tương đồng gần nhất với yêu cầu chào giá của loại hàng hóa/dịch vụ mà công ty/nhà thầu tham gia chào giá).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT,TBYT (NTH,1b).

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



PHẠM ĐỊNH NGUYỄN

Yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Đồng 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hàng hóa – Linh kiện phụ kiện bổ sung cho máy nội soi, siêu âm và ECG của Bệnh viện Nhi đồng 1 – năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng 1
- 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Dương Phan Trung Tâm
 - Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 0919923377

- Địa chỉ: Phòng Vật Tư, Thiết Bị Y Tế - Bệnh viện Nhi Đồng 1, số 341, đường Sư Vạn Hạnh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh

- Email: p.vttb@nhdong.org.vn

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp; Email

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày đến ngày 11/07/2025 15:00

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 11/07/2025 15:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá


STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Ống nội soi phệ quản Fibervideo (tương đương loại BF-MP190F)	1	Chiếc	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bang ke LKPK" - "BMT-Phạm vi cung cấp" đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bang ke LKPK" - "BMT-Phạm vi cung cấp" đính kèm	
2	Ống nội soi phệ quản video (tương đương loại BF-XP190)	1	Chiếc	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bang ke LKPK" - "BMT-Phạm vi cung cấp" đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bang ke LKPK" - "BMT-Phạm vi cung cấp" đính kèm	
3	Ống nội soi phệ quản video (tương đương loại BF-P190)	1	Chiếc	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bang ke LKPK" - "BMT-Phạm vi cung cấp" đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bang ke LKPK" - "BMT-Phạm vi cung cấp" đính kèm	
4	Đầu dò siêu âm Linear (tương đương model 9L-D)	1	Cái	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bang ke	Bệnh viện Nhi Đồng 1	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bang ke	

				LKPK" - "BMT- Phạm vi cung cấp" đính kèm		
5	Đầu dò siêu âm Convex (tương đương model C1-6-D)	1	Cải	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bảng kê LKPK" - "BMT- Phạm vi cung cấp" đính kèm	Bệnh viện Nhi Đông 1	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bảng kê LKPK" - "BMT- Phạm vi cung cấp" đính kèm
6	Máy ghi điện tim 12 kênh (máy con – Holter ECG), tương đương loại sử dụng chung hệ thống Holter H600	1	Bộ	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bảng kê LKPK" - "BMT- Phạm vi cung cấp" đính kèm	Bệnh viện Nhi Đông 1	Chi tiết theo file "1.2 Danh mục chào gia - Bảng kê LKPK" - "BMT- Phạm vi cung cấp" đính kèm

Thông tin liên kết				Thông tin hàng hóa YCBG - BMT				Thông tin YCKT hàng hóa - BMT				Tiêu chuẩn chất lượng, sản xuất đặc thù	Nhóm/bộ hàng hóa	Thiết bị hỗ trợ, đo lường, vật tư thay thế			
STT	Mã kiểm soát mã lập YCB	Mã kiểm soát mã kho	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói (có giá trị quy đổi)	Đơn vị tính hàng hóa mới	Số lượng dự toán theo đơn vị tính mới	Mô tả và đặc tính kỹ thuật Cơ sở của hàng hóa	Phân loại theo chuyên khoa sử dụng	Tên VTHH, hàng hóa dùng trong y tế	Mục đích sử dụng	Mô tả cấu tạo chung & Thành phần cấu thành	Thông số kỹ thuật đặc thù	TNKT chi tiết/ Công nghệ hàng hóa	TNKT chi tiết các thành phần cấu thành	Giá đỡ đầu dò, cáp kết nối, gel siêu âm	
...	...	...	...	...	...	...	...	an tiến theo tên Mã BẢO HIỆM (Thông tư 04/2017 TT-BYT) đến GMDN rồi đến HS, nếu vẫn chưa phân định được thì đặt theo mã hàng hóa của mẹ (mẫu) và thêm 5 số lấy tiền hết kỳ, nên vẫn không xác định được mã mẫu - tiến hành đặt theo mã kho và đánh 13 số lấy tiền hết kỳ (lưu ý tên sẽ theo quy định trình duyệt hết đồng KHCN)	...	Phải hợp hay riêng các cơ thể hay độc lập, các mục đích đầu tư làm sáng, cần làm sáng ...	hợp gồm các sọc, các cơ thể hay độc lập, các mục đích đầu tư làm sáng, cần làm sáng ...	Chai tiêu, lịch thời gian hàng hóa hoặc toàn bộ các thành phần hàng hóa liên quan trong danh mục cấu thành hàng hóa.	Bao gồm các TNKT chi tiết và định lượng, các yếu tố đầu tư cấu trúc (tức khuôn, an toàn cho người thao tác) ...	Sức chịu đựng của hàng hóa trong điều kiện môi trường mà không bị thay đổi hàng hóa ...)	Các yêu cầu công cụ hỗ trợ thủ công và cấu trúc của hàng hóa (không nằm trong thành phần cấu thành hàng hóa ...)		
1	...	...	...	Chiếc	01 chiếc/hộp	Chiếc	1	Ông nội soi sợi quang tích hợp chip video, hỗ trợ hệ thống CV 190, thiết kế ngăn nước không cần nắp, xoay tay cầm trái/phải lên đến 120°, đầu ống nhỏ gọn với 2 dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ	Nội soi hô hấp	Ông nội soi phễu quang Fibervideo (tương đương loại BF-MP190F)	Quan sát, chẩn đoán và can thiệp qua đường phễu quang	Ông nội soi sợi quang tích hợp chip video; thân nằm, tay cầm xoay, đầu ống gồm 2 dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh	Thiết kế sợi quang + chip video; đầu nối: 2 dẫn sáng, ≥ 1 thấu kính, 1 kênh dụng cụ; đầu xoay tay cầm trái/phải ≥ 120°	Tay cầm tích hợp chip, đầu ống gồm: ≥ 2 dẫn sáng, ≥ 1 thấu kính, 1 kênh dụng cụ; đầu xoay tay cầm trái/phải ≥ 120°	ISO 13485, CE hoặc tương đương, đáp ứng Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Bộ thiết bị nội soi phễu quang	Dùng cụ kiểm tra rò rỉ (tương thích, loại MB-155 hoặc tương đương)
2	...	...	...	Chiếc	01 chiếc/hộp	Chiếc	1	Ông soi siêu mảnh, tích hợp chip CCD ở đầu ống, hỗ trợ quan sát NBI, đường kính thân 2,8 mm, uốn cong lên 210°, kết nối chống nước, hỗ trợ hệ thống CV-190	Nội soi hô hấp	Ông nội soi phễu quang video (tương đương loại BF-XP190)	Quan sát, chẩn đoán và can thiệp phễu quang nhỏ, mảnh	Thiết kế siêu mảnh với chip CCD trên đầu ống; tay cầm xoay, đầu ống gồm 2 dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 kênh dụng cụ	Công nghệ CCD, tay cầm xoay ≥ 120°, hỗ trợ quan sát NBI hoặc tương đương, kết nối chống nước	Đầu ống gồm: ≥ 1 dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra dụng cụ; đầu xoay tay cầm trái/phải ≥ 120°	ISO 13485, CE hoặc tương đương, đáp ứng Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Bộ thiết bị nội soi phễu quang	Dùng cụ kiểm tra rò rỉ (tương thích, loại MB-155 hoặc tương đương)
3	...	...	...	Chiếc	01 chiếc/hộp	Chiếc	1	Ông soi trung bình, tích hợp chip CCD ở đầu ống, hỗ trợ quan sát NBI, đường kính thân 4,2 mm, tay cầm xoay 120°, dài 600 mm	Nội soi hô hấp	Ông nội soi phễu quang video (tương đương loại BF-P190)	Quan sát, chẩn đoán và can thiệp phễu quang trung bình - lớn	Ông soi trung bình, chip CCD, tay cầm xoay, đầu ống gồm 2 dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 kênh dụng cụ	CCD đầu ống, tay cầm xoay ≥ 120°, kết nối chống nước, hỗ trợ chức năng NBI hoặc tương đương	Tray cầm tích hợp chip CCD; đầu ống gồm: ≥ 2 dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 kênh dụng cụ	ISO 13485, CE hoặc tương đương, đáp ứng Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Bộ thiết bị nội soi phễu quang trung bình	Dùng cụ kiểm tra rò rỉ (tương thích, loại MB-155 hoặc tương đương)
4	...	...	...	Củi	01 củi/hộp	Củi	1	Đầu dò tuyến tính đa lớp, tần số hoạt động từ 2-4-10.0 MHz, trường nhìn ≥ 45 mm, độ sâu thăm khám: khoảng 10-15 cm, kích thước ~14 x 53 mm, hỗ trợ sinh thiết đa góc	Chẩn đoán hình ảnh	Đầu dò siêu âm Linear (tương đương model 9L-D)	Siêu âm nông đến trung bình; mạch ngoại vi, tuyến giáp, mô mềm, cơ xương khớp	Đầu dò dạng tuyến tính đa lớp, vỏ chống nước, tay cầm chống trượt, hỗ trợ sinh thiết	Tần số hoạt động: từ 2.4-10.0 MHz; trường nhìn: ≥ 45 mm; độ sâu thăm khám: khoảng 10-15 cm; kích thước đầu dò: khoảng 14 x 53 mm (hoặc tương đương)	Bề mặt tiếp xúc, công kết nối, lớp bảo vệ y tế, thiết kế cách điện tương đương	ISO 13485, CE hoặc tương đương, đáp ứng Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Bộ đầu dò siêu âm tuyến tính	Giá đỡ đầu dò, cáp kết nối, gel siêu âm

5	Đầu dò siêu âm Convex (tương đương model C1- 6-D)	Cải	01 cái/ hộp	Cải	Đầu dò công XDclear đơn tinh thể, tần số 1-4-6,0 MHz, trường nhìn $\geq 58^\circ$, độ sâu ≥ 36 cm, kích thước đầu dò $\sim 16 \times 70$ mm, hỗ trợ sinh thiết đa góc, truyền hình ảnh ổn định	Chẩn đoán hình ảnh	Đầu dò siêu âm Convex (tương đương model C1-6-D)	Siêu âm tổng quát: bụng, sản phụ khoa, tim mạch, tiết niệu	Đầu dò công XDclear đơn tinh thể, có thể tích hợp giả kẹp sinh thiết, tay cầm chống trượt	Tần số hoạt động: từ 1-4-6,0 MHz; trường nhìn: $\geq 58^\circ$, độ sâu thăm khám: khoảng 30-40 cm, kích thước đầu dò: khoảng 16 x 70 mm (theo hướng dẫn)	Truyền hình ảnh ổn định, tích hợp sinh thiết da gốc, tương thích Vivid S70N hoặc máy tương đương	Tay cầm chống trượt, đầu phát công, công kết nối tiêu chuẩn	ISO 13485, CE hoặc tương đương, đáp ứng Nghị định 98/2021/NĐ-CP	Bộ đầu dò siêu âm công cộng, cấp kết nối, giả siêu âm	Giá đầu dò, cấp kết nối, giả siêu âm
6	Máy ghi điện tim 12 kênh (máy con – Holter ECG), tương đương loại sử dụng chung hệ thống Holter H600	Bộ thiết bị đầy đủ	01 bộ/ hộp, bao gồm: – Máy ghi Holter 12 kênh – Phần mềm BTU, CardioPoint – Cáp bệnh nhân 5 & 10 điện cực – Bộ sạc pin, dây USB, thẻ nhớ SD, đầu đọc thẻ, bao đựng, sách HDSD	Bộ	Ghi ECG 12 kênh liên tục 1-7 ngày, hiển thị LCD 2 inch, ghi lossless, cảm biến giả độc, phân tích tự động, phân tích tư động, QRS/ST/HRV/nhịp ngoại tâm thu, kết nối USB, đại CE, ISO 13485; bộ nhớ SD đến 2GB; phần mềm hỗ trợ kết nối HL7, DICOM, xuất báo cáo PDF/XML/CSV	Tim mạch, nội khoa, đơn vị hồi sức – cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sau can thiệp tim mạch	Máy ghi điện tim 12 kênh (máy con – Holter ECG), tương đương loại sử dụng chung hệ thống Holter H600	Theo dõi điện tim liên tục trong thời gian 24h-7 ngày; phân tích rối loạn nhịp, chẩn đoán cơ tim, đánh giá ST, HRV, PQ, QT...; sử dụng trong nội khoa tim mạch, theo dõi sau can thiệp, ngoại trú	Gồm: đầu thu Holter 12 kênh, cáp bệnh nhân (5 & 10 điện cực), phần mềm phân tích chuyên dụng Holter, thẻ nhớ SD, đầu đọc thẻ, dây kết nối mini USB, pin sạc, hộp đựng	- Số kênh ghi: 3/7/12 đạo trình - Dung lượng ghi: 200-900 MB/24h - Giao tiếp: USB 2.0 mini-B - Thời gian ghi: 1-7 ngày - Màn hình: LCD 2 inch, 128x64 pixel - Nguồn: pin AA hoặc sạc NiMH, lithium - Dải nhiệt độ hoạt động: +1°C đến $\geq +55^\circ\text{C}$	- Ghi ECG không nén (lossless), độ phân giải A/D 24 bit - CMR > 100 dB không lọc số, > 115 dB cơ lọc - Ghi âm: 8 kHz/10 bit, 10 giây - Cảm biến giả độc 2 D/3D - Tần số mẫu ECG: 8 x 2000 Hz - Tự động ghi tín hiệu sau 20 phút lập pin	- Phần mềm CardioPoint: phân tích tư động QRS, HRV, ST, nhịp ngoại tâm thu, nhịp lao nhịp tim - Báo cáo đa dạng (PDF, HL7, DICOM, XML...) - Hỗ trợ công cụ: Poincaré, Tachogram, PSD 2D/3D - Tự chọn hiển thị phần đoạn ECG, điều chỉnh QRS thu công/ tư động - Cho phép lưu, phục hồi dữ liệu, chỉnh sửa kết luận	Đại ISO 13485, CE (Châu Âu), xuất xứ EU (Bulgaria); sản xuất từ năm 2024 trở lại; đáp ứng Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản pháp lý liên quan	Thiết bị thuộc nhóm TBYT chuyên dùng - Dây cáp bệnh nhân thay thế (5/10 điện cực) - Thẻ nhớ SD dự phòng - Cáp mini USB kết nối máy tính - Thiết bị đầu đọc thẻ SD - Máy tính và hệ thống (tùy cầu riêng nếu có)	

SƠ ĐỒ THỰC HIỆN CHÀO GIÁ



1/ CẤU TRÚC EMAIL ĐÚNG THEO YCBG.

2/ BÁO GIÁ VÀ BẢNG KÊ SỬ DỤNG ĐÚNG MẪU ĐÍNH KÈM YCBG, KHÔNG ĐIỀU CHỈNH MẪU, THÊM CỘT, PHẦN NÀO KHÔNG CÓ NỘI DUNG THÌ GHI VÀO BẢNG "KHÔNG CÓ".

3/ GỬI KÈM TÀI LIỆU KỸ THUẬT, ĐÁNH DẤU THÔNG TIN LIÊN QUAN TNKT ĐÃ KÊ KHAI TRONG BẢNG KÊ.

4/ KHI NỘP BÁO GIÁ KÈM THEO CHECK LIST HỒ SƠ CHÀO GIÁ.

5/ TẤT CẢ HỒ SƠ NỘP QUA EMAIL THỐNG NHẤT VỚI HỒ SƠ NỘP BẢN CHÍNH VÀO BỆNH VIỆN TRỪ BẢNG KÊ.

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá [ngày ... tháng ... năm 20...] của Bệnh viện Nhi Đồng 1)

Tên công ty:

Địa chỉ theo GPĐKKD:

MST - SĐT - FAX:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: [Số YCBG trên MSC: ...] - [Dự toán mua sắm/ gói thầu: ...] của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

- Đính kèm Danh sách tài liệu báo giá.
- Đính kèm Biểu mẫu danh mục chào giá hàng hóa (BM 1.1).
- Đính kèm Bảng kê thông tin HH VTTH, HC, LK, PK (BM 1.2.1).
- Đính kèm Bảng kê thông tin HH TBYT, TTB khác (BM 1.2.2).
- Đính kèm Các tài liệu khác như liệt kê tại bảng Danh sách tài liệu báo giá.

2. Thông tin liên hệ của Bên chào giá

- Tên công ty: [tên theo GP ĐKKD]
- Người lập bảng:
- Thông tin liên lạc: [SĐT] - [Email]

3. Chúng tôi cam kết:

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ thuế giá trị gia tăng (GTGT), các loại thuế khác, phí và lệ phí theo quy định pháp luật; chi phí vận chuyển, bốc dỡ, và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt; chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành; chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ≥ 120 ngày, kể từ ngày hết hạn YCBG trên hệ thống.

....., ngày ... tháng ... năm ...

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp^(*)**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU DANH MỤC BÁO GIÁ HÀNG HÓA
(Đính kèm Báo giá /ngày ... tháng ... năm 20... / của Bệnh viện Nhi Đồng I)

Thông tin liên kết		Thông tin chào giá hàng hóa																	
	Mã kiểm soát/ mã kho	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Tính năng, kỹ thuật chi tiết hàng hóa	Mã HS	Phân loại hàng hóa	Số lưu hành	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Hãng / Nước chủ sở hữu	Hãng / Nước sản xuất	Đơn vị tính nhỏ nhất của hàng hóa (có giá trị quy đổi)	Quy cách đóng gói (có giá trị quy đổi)	Đơn vị tính hàng hóa mỗi thầu	Số lượng dự toán theo Đơn vị tính mỗi thầu	Đơn giá	Thành tiền	Giá công khai kết quả TT (trong 30 ngày kể từ ngày trúng thầu) công khai mỗi gói thầu (nếu có)	Số thông báo mời thầu (https://muasa.mong.vn/20 v.vb)	Giá kê khai trên công + link (nếu có)
STT Kiểm soát tập E-HSMT																			
Số TT theo YCBG	Mã theo YCBG (nếu có)			Nếu là VTHL, HCYN, HCNS, hàng hóa khác: nội dung thông nhất như bản kế 1.2.1. Nếu là TBVT: Ghi rõ - Dính kèm bảng kê 1.2.2 (theo liên hiệu mẫu 1.2.2)		Phân loại: [...] Số Phân loại: [...] Link tra cứu: [...]	Số Lưu hành: [...] Link tra cứu: [...]				"có thể trong với Đơn vị anh/chị không chịu nhớ số lượng sử dụng"								

Đính kèm theo các tài liệu chứng minh về [phương pháp luận tính năng/thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, xuất xứ] và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế
Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm
Đại diện hợp pháp của Nhà thầu
"Ký tên đóng dấu"

CHỖ ĐÓNG DẤU

PHỤ LỤC: DANH SÁCH TÀI LIỆU BÁO GIÁ

(Đính kèm Báo giá [ngày ... tháng ... năm 20...] của Bệnh viện Nhi Đồng 1)

STT	TÊN HỒ SƠ	BẢNG GIẤY	BẢNG ĐIỆN TỬ	KIỂM TRA (Khi nộp hồ sơ)	
				CHECK	NGƯỜI NỘP
1	BẢNG BÁO GIÁ.				
2	DANH MỤC CHÀO GIÁ THEO MẪU YCBG.				
3	BẢNG TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.				
4	CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ TƯƠNG TỰ CỦA HÀNG HÓA.				
	Quyết định và hợp đồng trúng thầu rộng rãi				
	Kê khai giá				
...	...	...	...	...	...
5	CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH THÔNG TIN TẠI MỤC (2) VÀ MỤC (3) VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC				
	Tài liệu xuất xứ: CO/ CQ/ MDR ...				
	Tài liệu chất lượng: ISO, FDA ...				
	Tài liệu kỹ thuật: user manual, service manual, Spectification ...				
	Tài liệu phân loại và lưu hành hợp lệ của hàng hóa ...				
...	...	...	...	...	...

Ghi chú:

(*) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú (1).

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Thông tin hàng hóa YCBG” trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Thông tin hàng hóa Chào giá - Nhà cung cấp”.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Mã nhóm theo TT04/2017/TT-BYT, GMDN, HS ... (nếu có) của từng hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (đã bao gồm thuế và chi phí liên quan) tương ứng với từng hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho đơn giá và thành tiền theo số lượng phù hợp với Đơn vị tính hàng hóa mời thầu. Giá trị ghi tại hai cột “Đơn giá” và “Thành tiền” này được hiểu là toàn bộ chi phí của hàng hóa, hóa chất (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá đã bao gồm chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá cùng các tài liệu liên quan thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu hệ thống triển khai).