

KHUYẾN CÁO SỐ 43 [2018.05.18]

A. An toàn trang thiết bị (TTB), vật tư y tế (VTYT), môi trường:

- Kiểm tra tình trạng sensor cảm biến nhiệt trước sử dụng, đảm bảo gắn chặt vào người bệnh, **TRÁNH SENSOR TÁCH RỜI DA** trẻ dẫn đến đốt nóng điện trở liên tục, làm tăng nhiệt độ quá ngưỡng gây [1] tăng thân nhiệt & [2] hỏng thiết bị.
- Đảm bảo bề mặt bóng đèn chiếu sáng hoặc sưởi ấm **KHÔNG** sau khi vệ sinh bóng đèn, nhằm phòng ngừa vỡ bóng đèn khi nhiệt độ tăng đột ngột do sử dụng ngay sau đó.
- Nhân viên phụ trách TTB tại khoa lâm sàng cần xem xét tình trạng TTB trước khi tiếp nhận sau bảo trì. **KHÔNG GIAO TRÁCH NHIỆM** kiểm tra & nhận TTB cho hộ lý.
- Khoa lâm sàng cần phối hợp Đơn vị bảo trì hướng dẫn sử dụng TTB, lưu ý nhóm nhân viên mới hoặc luân khoa công tác. Danh sách người tham dự cần **LẬP THÀNH VĂN BẢN VÀ LƯU TRỮ** trong hồ sơ quản lý sử dụng TTB.
- BÁO CÁO NGAY** các trường hợp TTB gặp sự cố trong quá trình sử dụng cho Tổ bảo trì và phòng KHTH (nhất là với máy thở, máy gây mê, máy truyền dịch, bơm tiêm, monitor), tạm thời cách ly thiết bị khỏi người bệnh nhưng **GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG** (không ngắt điện, **trừ sự cố liên quan cháy nổ và an toàn điện**) để phối hợp điều tra nguyên nhân sự cố, nhất là sự cố nghiêm trọng.
- Đặt catheter mạch máu theo phương pháp Sendinger's:
 - Sử dụng loại catheter phù hợp với dây dẫn (guide wire) trong kỹ thuật đặt catheter mạch máu theo phương pháp Sendinger's. Không sử dụng các dây dẫn đã có dấu hiệu cong hay gấp góc.
 - Khi nối mạch máu, nếu thấy vướng nhiều cần rút bỏ bộ dây dẫn và catheter/ống nối (giữ nguyên vị trí tương đối của catheter và dây dẫn).
 - [1] Tránh chọn vị trí đã đặt trước đó (có mô xơ); [2] Thực hiện dưới hướng dẫn siêu âm; [3] xem xét đặt buồng tiêm dưới da nếu cần sử dụng kéo dài.

TIÊU ĐIỂM

Tăng cường hoạt động liên quan an toàn sử dụng VTYT, thiết bị y tế.

Khuyến cáo phân công nhân viên phụ trách TTB tại các khoa lâm sàng.

TK, PTK, ĐDT cần tăng cường giám sát tuân thủ hướng dẫn về an toàn TTB.

“An toàn là nền tảng của chất lượng dịch vụ”

C. An toàn trong bàn giao, điều chỉnh y lệnh, thực hiện y lệnh:

- Cần bàn giao đầy đủ các thông tin quan trọng, **NHẤT LÀ TIỀN SỬ DỊ ỨNG**.
- Bác sỹ điều trị cần tham khảo thông tin chẩn đoán & điều trị trên hồ sơ bệnh án của tuyến trước, khoa liên kết trước khi nhận bệnh nhằm tiếp nhận đầy đủ thông tin quan trọng & đảm bảo sự liên tục trong ra quyết định chẩn đoán, điều trị.
- Bác sỹ quyết định điều chỉnh y lệnh **CẦN HUỖ Y LỆNH** không còn phù hợp & giám sát việc thực hiện.

TIN TỨC

Đánh giá chuyên đề 2 (QTKT & ATNB), chuyên đề 3 (KSNK & ATMT): Tháng 6

BAN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN: TT HĐ QLCL

BIÊN TẬP: TT BAN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

THƯ KÝ & LIÊN LẠC: TÔ ĐGCL-ATNB

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch HĐ
Ths.Bs. Đỗ Văn Niệm, Thư ký thường trựcTS.BS. Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng ban ATNB
Ths.ĐD. Nguyễn Thị Cẩm Lệ, Phó trưởng banBs.CKI. Lê Minh Lan Phương, PTP. QLCL
Liên lạc: Phòng QLCL (ĐT: 310)